



ARCHITECT® Systems c 8000

Agenda Curso

1º Día: 9: 00 h

1. Agenda y Objetivos
2. Descripción del Sistema
 - a. Característica c8000
 - b. Componentes del Centro de Procesamiento
 - c. Componentes del Gestor de Muestras – RSH -
 - d. Componentes del Centro de Control del Sistema
 - e. Descripción del Software
3. Accesorios y Consumibles.
 - a. Soluciones genéricas
 - b. Soluciones “on board”
 - c. Reactivos, Controles y Calibradores
 - d. Adaptadores de reactivos.
 - e. Contenedores/gradillas para muestras
4. Navegación por el software del instrumento: utilidades
 - a. Menú de ayuda y Manual de Operaciones.
5. Estados de módulos: Procesamiento y Gestor de Muestras – RSH –
6. Recorrido de la muestra:
 - a. Técnicas fotométricas (mono-birreactivo)
 - b. Técnicas potenciométricas (iones)
7. Puesta en marcha
 - a. Mantenimiento diario del sistema
 - b. Menú de revisión de Inventario
 - c. Menú de revisión del estado de Reactivos
 - d. Menú de Revisión de Calibraciones.
8. Calibración de ensayos.
 - a. Tipos de calibración
 - b. Procesamiento de calibraciones: sustratos, enzimas, iones.
 - c. Interpretación de resultados
9. Control de Calidad
 - a. Controles específicos
 - b. Controles Multiconstituyentes
 - c. Procesamiento de controles de calidad
 - d. Revisión de Resultados de controles de calidad
 - e. Análisis de Levey-Jennings, Reglas de Westgar



ARCHITECT® Systems c 8.000

2º Día

1. Puesta en marcha diaria.
 - a. Repaso de Mantenimiento diario y revisión de inventario, reactivos y calibraciones.
2. Revisión de procesamiento de calibración y controles de calidad.
 - a. Resultados almacenados de calibraciones y controles.
3. Procesamiento de muestras.
 - a. Muestras de Rutina
 - b. Muestras de Urgencia
 - c. Programación de muestras manual
 - d. Programación de muestras en conexión a Sistema informático
 - e. Revisión de resultados del día.
 - f. Histórico de resultados de pacientes: Archivo de resultados.
4. Configuración del sistema.
 - a. Configuración de parámetros del módulo de muestras y procesamiento
 - b. Parámetros de ensayos.
 - c. Configuración de controles monoconstituyentes y multiconstituyentes.
 - d. Configuración de calibradores y diluyentes.

3er. Día.

1. Mantenimiento diario – revisión
2. Mantenimiento semanal
3. Mantenimiento mensual
4. Mantenimiento según necesidad
5. Sustitución de componentes.
 - a. Sustitución de sondas de reactivos y muestras.
 - b. Sustitución de sonda de iones: ICT
 - c. Sustitución de lámpara.
6. Solución de problemas más frecuentes.

Fin del Curso

Abbott Científica S.A
Centro de Asistencia Técnica y Formación
902 200 193

